



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Fax: 210 - 4592597
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 7187

Πειραιάς: 15/05/2024

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ EMAIL ΑΛΛΑΞΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ mprom1@tzaneio.gov.gr

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	20/05/2024
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1266/14-03-2024	ΨΛΟ446906Κ-2ΝΗ	15001231 - ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕ ΡΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΕΩΣ ΕΛΑΦΡΑ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΩΣ 6 ΕΝΖΥΜΑ. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	50 LT	410,00 €	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	Κα ΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 21045922716,9
1200/12-03-2024	6Κ8Υ46906Κ-ΨΞΕ	21002101 - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ	3 ΤΕΜ	750,00 €		
		22001042 - ΜΙΚΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΕΡΓΑΛΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟ ΠΛΕΓΜΑ	3 ΤΕΜ	900,00 €		
1659/18-04-2024	Ψ4Ο746906Κ-ΖΧΗ	15001140 - ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΥΓΧΩΝ	60 ΤΕΜ	1.140,00 €		
1258/14-03-2024	95ΓΩ46906Κ-ΧΣΑ	11101381 - ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ) (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1000 ΤΕΜ	800,00 €		

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ EMAIL ΑΛΛΑΞΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ mprom1@tzaneio.gov.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

4. Γλώσσα: **Ελληνική**

5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους

ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ **1266/14-03-2024**

15001231 - ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕ ΡΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΕΩΣ ΕΛΑΦΡΑ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΩΣ 6 ΕΝΖΥΜΑ.

ΥΓΡΟ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

- Να είναι συμπυκνωμένο υγρό, κατάλληλο για χρήση στα αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων της Κεντρικής Αποστείρωσης αλλά και στο χέρι.
- Να περιέχει μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών με προσθήκη έως 6 ένζυμων σε pH διαλύματος ουδέτερο έως ελαφριά αλκαλικό ώστε να διαλύει το βιολογικό φορτίο σε λίγο χρόνο από τα δύσκολα σημεία των εργαλείων π.χ. από τις αρθρώσεις και τους αυλούς .
- Να μην είναι καυστικό για το δέρμα και ερεθιστικό, επιβλαβές κ.λπ. για τον χρήστη (χωρίς επισημάνσεις).
- Να μην είναι διαβρωτικό για τα εργαλεία και τα ενδοσκοπικά εργαλεία, π.χ. λαπαροσκόπικα, οπτικές (να κατατεθούν πιστοποιήσεις συμβατότητας επίσημων κατασκευαστών επί ποιινή απόρριψης).
- Να είναι συμβατό με το διαβρεκτικό χρήσης και να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή με τις ονομασίες των προϊόντων .
- Να είναι χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς την χρήση ουδετεροποιητικού υγρού.
- Να διαθέτει σήμανση CE και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π και να κατατεθούν.
- Να δοθεί και το κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραιώση για οικονομική αξιολόγηση.
- Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους τα εξής δικαιολογητικά: το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, το Αγγλικό και Ελληνικό επικαιροποιημένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την Κανονισμό EC 1907/2006, αντίγραφο της ετικέτας (Αγγλική και Ελληνική), αντίγραφο της σήμανσης CE, αντίγραφο της καταχώρησης σε Ε.Μ.Χ.Π. και ΕΟΦ (μητρώο ιατροτεχνολογικών), τα εν ισχύ κατασκευαστικά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους.

ΕΝΤΟΛΗ **1200/12-03-2024**

**21002101 - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
22001042 - ΜΙΚΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΕΡΓΑΛΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟ ΠΛΕΓΜΑ**

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟ ΠΛΕΓΜΑ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ**

1. Να είναι κατασκευασμένοι από σύρμα ανοξείδωτου χάλυβα, κατάλληλοι για μεταφορά και αποθήκευση χειρουργικών εργαλείων
2. Να είναι κατασκευασμένοι από λεπτό πυκνόπλεκτο πλέγμα με διάκενο μεγέθους έως 1,6 mm X 1,6 mm
3. το πάχος του σύρματος να μην είναι μικρότερο από 1,6 mm
4. ο κατασκευαστής να διαθέτει EN ISO 9001 και ISO 13485
5. να έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις περίπου:
μήκος 210 mm
πλάτος 150 mm
ύψος 40 mm
6. Να καλύπτονται από διετή εγγύηση.
7. Τα καπάκια να είναι κατασκευασμένα με τον ίδιο τρόπο και να αντιστοιχούν στους δίσκους

ΕΝΤΟΛΗ **1659/18-04-2024**

15001140 - ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΥΓΧΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΦΡΟ-

- Κατάλληλος για τον καθαρισμό αυλοειδών εργαλείων και αναρροφήσεων
- Να είναι πολυενζυματικός, συμπυκνωμένος, αφρός και να εμποδίζει το βιολογικό φορτίο να στεγνώσει.

- Να είναι σε δοχείο υπό πίεση, **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ** με σωληνάκι προέκτασης για να εισχωρεί στους αυλούς των εργαλείων και στις αναρροφήσεις
- χωρίς απολυμαντική δράση
- Να καθαρίζει σε λίγα λεπτά και να έχει ουδέτερο Ph
- Το είδος να είναι καταχωρημένο στο μητρώο του Γ.Χ.Κ και να φέρει σήμανση CE

ΕΝΤΟΛΗ **1258/14-03-2024**

11101381 - ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Δείκτης μιας χρήσεως που να καθορίζει την αποτελεσματικότητα της φάσης της απορρύπανσης των νοσοκομειακών πλυντηρίων/απολυμαντών με ανίχνευση παραγόντων όπως πίεση, ποιότητα νερού, θερμοκρασία, χρόνο πλύσης κτλ. με αλλαγή του χρώματός του.
 - Ο κάθε δείκτης να είναι έτοιμος προς χρήση, να αποτελείται από δύο τουλάχιστον υποστρώματα-κηλίδες χρώσης (μη τοξικής) , τα οποία να μιμούνται τα ανθρώπινα σημάδια αίματος και ιστών ως προς τη σύνθεσή τους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά οξέα) και να βρίσκονται τοποθετημένα σε διαφορετικά σημεία του δείκτη.
 - Η χρήση του δείκτη εντός της βάσης να εμφανίζει φανερά και κρυμμένα σημεία του ρύπου, τέτοια που να προσομοιάζει τις συνθήκες εντός της συσκευής πλύσης απολύμανσης καθώς και των δύσκολων σημείων απορρύπανσης των εργαλείων όπως αρθρώσεις, αυλούς κ.α
 - Να διαθέτει ανθεκτικές στις πλύσεις, επαναχρησιμοποιούμενες βάσεις τοποθέτησης – στήριξης του δείκτη π.χ. ανοξειδωτες.
 - Να διατίθεται σε συσκευασία αλουμινίου για προστασία από το ηλιακό φως, την υγρασία και να αναγράφονται στοιχεία της παρτίδας όπως η ημερομηνία λήξεως, ο κωδικός παραγωγής κ.α.
 - Οι δείκτες να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 15883-5 περί Απαιτήσεων απόδοσης και κριτήρια μεθόδου δοκιμής για την απόδειξη της αποτελεσματικότητας καθαρισμού σε πλυντήρια-απολυμαντές.
 - Απαραίτητη η ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης του υλικού από αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας για συνεργασία με τους τεχνικούς των μηχανημάτων, για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων στα αποτελέσματα του δείκτη εντός 24 ωρών στην έδρα των μηχανημάτων (να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση).

- Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους τα εξής δικαιολογητικά: δείγμα του προϊόντος, το ξενόγλωσσο φυλλάδιο του προϊόντος με τη μετάφρασή του στα Ελληνικά, το ισχύον πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας του κατασκευαστή ISO 13485: 2016 και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους.