



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592593
[Email : bargiataki@tzaneio.gov.gr](mailto:bargiataki@tzaneio.gov.gr)

Αριθμ. Πρωτ.: 8466

Πειραιάς: 07-06-2024

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών
(Γάζα λαπαροτομίας 8ply , Υγρό απορρυπαντικό & Υγρό διαβρεκτικό χειρουργικών εργαλείων ,
Αισθητήρας για μέτρηση βάθους αναισθησίας ενηλίκων)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| | |
|----------------------|---|
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | Ανοικτή |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Η χαμηλότερη τιμή |
| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 11 / 06 / 2024 |
| ΩΡΑ: | 12:00 μ.μ., |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ | Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ |

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gov.gr . Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

| | |
|---|---------------------|
| 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ |
| 2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ |
| 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ |
| 4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ |

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

| A.E. | ΑΔΑ | Προϋπολογισμός | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
|-------------|------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|
| 1626 | 66ΧΑ46906Κ – ΣΩΩ | 9.600,00 € πλέον ΦΠΑ | <p align="center">ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 8 ply διάσταση 40 x 40 cm (κωδ. νοσοκ. Ε0025016)</p> <p align="center"><u>Σημείωση</u> : Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος</p> | 48.000 τμχ. | ΤΜΗΜΑ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ | ΤΜΗΜΑ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 210-4592716 (κα ΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΟΛΓΑ , προϊσταμένη αποστείρωσης) |
| 1198 | 6Γ2Υ46906Κ – ΙΨ7 | 3.600,00 € πλέον ΦΠΑ | ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ (κωδ. νοσοκ. 15001073) | 300 λίτρα | ΤΜΗΜΑ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ | ΤΜΗΜΑ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 210-4592716 (κα ΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΟΛΓΑ , προϊσταμένη αποστείρωσης) |
| | | 410,00 € πλέον ΦΠΑ | ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (κωδ. νοσοκ. 15001033) | 50 λίτρα | | |
| 1628 | 6ΘΞ846906Κ - ΤΒΗ | 3.900,00 € πλέον ΦΠΑ | ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (κωδ. νοσοκ. 11101993) | 150 τμχ. | ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 210-4592900 (κα ΤΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ , προϊσταμένη Αναισθησιολογικού) |

Σημείωση : Επισυνάπτονται προδιαγραφές στο παράρτημα Δ΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- δωροδοκία
- απάτη
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός **ΕΟΦ**
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | GMDN | ΕΟΦ |
|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Α.Ε. 1626)

ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ

Γάζα υδρόφιλη ακτινοσκιερή .

Σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN14079 : 2003

- Η ακτινοσκιερή γάζα πρέπει να είναι υδρόφιλη από 100 % βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών .
- Να είναι λευκή , άοσμη , απαλλαγμένη από κόλλες και ελατώματα στην ύφανση της (σχίσματα , παραφασάδες , συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (μηχανές , έλαια κ.τ.λ.)
- Να μην είναι λοξουφασμένη , να είναι σιδερωμένη και να έχει υψηλή απορροφητικότητα.
- Να έχει βαριούχο ακτινοσκιερό νήμα, περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου ανά τριάντα εκατοστά (30cm) υφάσματος , πλεγμένο κατά μήκος της γάζας και να είναι ορατό ακόμα και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας .
- Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079: 2003 και να υπάρχει συμφωνία με τα παρακάτω :
 1. Αριθμός κλωστών ανά cm² 18
 2. Κλωστές κατά στήμονα ανά 10cm 100±5
 3. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton´s ανά 5cm
 4. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton´s ανά 5cm στη διεύθυνση της κρόκης 30
 5. Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m²) 24
- Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο , πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία τη ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά

- Στην εξωτερική συσκευασία να αναγράφονται τα παρακάτω :
 1. Επωνυμία του κατασκευαστή
 2. Το είδος του περιεχομένου
 3. Ημερομηνία παραγωγής
 4. Οι διαστάσεις του προϊόντος (μήκος – πλάτος)
 5. Ο αριθμός παρτίδας
 6. Σήμανση CE
 7. Πάνω στην τελική συσκευασία να αναγράφονται REF number
- Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος , προκειμένου όλα τα παραπάνω να ελεγχθούν .
- Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485:2016 .
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 : 2015 και να συμμορφώνεται με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ / Γ.Π. οικ. / 1348 / 2004 .
- Να κατατεθούν επίσημα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά .
- Σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN14079 : 2003 που αφορά την ταυτοποίηση της γάζας και τους ελέγχους που μπορεί να ακολουθήσουν . Οι έλεγχοι μπορούν να γίνουν από την επιτροπή . Τα δείγματα και τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή (έλεγχος ΕΟΦ , ΧΗΜΕΙΟ κλπ.)
- Η γάζα λαπαροτομίας πρέπει να έχει τα φύλλα της γάζας γαζωμένα περιμετρικά και χιαστί και να μην υπάρχουν καθόλου ξέφτια . Να φέρουν υφασμάτινο βρόγχο μήκους δεκαπέντε εκατοστών (15cm) , που δεν αποσπάται με τους χειρισμούς και στην συνέχεια αυτού γαζωμένη ακτινοσκιερή βαριούχα ταινία , τουλάχιστον 3 εκατοστών (3cm) μήκους και τουλάχιστον ενός εκατοστού (1 cm) πλάτους .

Διαστάσεις 40 εκατοστά X 40 εκατοστά , Δίπλες 8 .

(A.E. 1198)

15001073 ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ, Ή ΧΛΩΡΙΟ

Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό με απολυμαντικές ιδιότητες (για προαπολύμανση), χωρίς αλδεύδες, φαινόλες ή χλώριο, για χρήση σε αυτόματο πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων. Με αλκαλικό pH 11-13, κατάλληλο για χημικοθερμική απολύμανση. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, , ιοκτόνο, εντός το αργότερο 10 λεπτών και σε θερμοκρασίες 50° έως 60° C. Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι αίματος, πρωτεϊνών, αποξηραμένων ρύπων. Χαμηλού αφρισμού, να είναι συμβατό με πλυντήρια και με χειρουργικά εργαλεία, παπούτσια χειρουργείου, εργαλεία μικροχειρουργικής και αναισθησιολογικό εξοπλισμό (να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από κατασκευάστριες εταιρείες). Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση E.M.X.Π ή στο PCN. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα, να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο. Να δίνεται το κόστος διαλύματος στη συνιστώμενη αραίωση για το επιθυμητό φάσμα δράσης εντός 10 λεπτών. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).

Τα προϊόντα στους κωδικούς 15001073 – 15001033 για τα πλυντήρια της κεντρικής αποστείρωσης θα πρέπει να είναι από την ίδια κατασκευάστρια εταιρείας για λόγους συμβατότητας, και να δοθεί συνολικό κόστος πλήσης.

15001033 ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Συμπυκνωμένο υγρό διαβρεκτικό για πλυντήρια εργαλείων με παράγοντες για επιτάχυνση του στεγνώματος των εργαλείων, αποφυγή στιγμάτων πάνω στα εργαλεία και μείωση της θερμοκρασίας στεγνώματος. Να είναι ελεγμένο ως προς την ελάχιστη υπολειμματική συγκέντρωση των δραστικών ουσιών του και να προσκομιστεί αντίστοιχη μελέτη σύμφωνα με το ISO 10993-1 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Να δίνεται κόστος διαλύματος μετά τη συνιστώμενη αραίωση. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση E.M.X.Π ή στο PCN. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).

Τα προϊόντα στους κωδικούς 15001073 – 15001033 για τα πλυντήρια της κεντρικής αποστείρωσης θα πρέπει να είναι από την ίδια κατασκευάστρια εταιρείας για λόγους συμβατότητας, και να δοθεί συνολικό κόστος πλήσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον κατά περίπτωση αρμόδιο οργανισμό (Ε.Ο.Φ για τα απολυμαντικά επιφανειών – χώρων όπως ορίζει το ΥΔ Υ1Β/ΟΙΚ 7723 , ΦΕΚ 961/23.12.94 και ο Κανονισμός ΕΕ 528/2012, όπως έχει εναρμονιστεί στην ελληνική νομοθεσία με την ΥΑ 4616/52519 ΦΕΚ 1367/2016, Ε.Μ.Χ.Π ή στο PCN (Poison Centre Notification) για προϊόντα που επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αντίγραφο της εν ισχύ σήμανσης CE για τα ιατροτεχνολογικά ως εξής: α) της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε ένα από τα απορρυπαντικά σκευάσματα και β) από κοινοποιημένο οργανισμό για τα προϊόντα απολύμανσης. Επίσης να κατατεθεί και η καταχώρηση στο μητρώο των ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ για όσα εκ των προϊόντων είναι ιατροτεχνολογικά.
2. Να κατατεθούν τα ισχύοντα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και το περιβαλλοντικό ISO 14001:2015.
3. Οι προμηθευτές εταιρείες να καταθέσουν εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2015 καθώς και τα πιστοποιητικά για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ISO 13485:2016 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004.
4. Για όλα τα προϊόντα απαιτείται πιστοποιητικό της χημικής του σύνθεσης, να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και από πίνακες αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες έγκυρων διαπιστευμένων εργαστηρίων.
5. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν και η πιστή μετάφραση στα Ελληνικά αυτού.
6. Για όλα τα προϊόντα να διατίθενται τα σχετικά αρχεία (οδηγίες χρήσης, φυλλάδιο, πίνακες αποτελεσματικότητας) στην Ελληνική γλώσσα και να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι είναι πιστή μετάφραση των αντίστοιχων ξενόγλωσσων κειμένων.
7. Να κατατεθούν τα ξενόγλωσσα (Αγγλικά) και Ελληνικά Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την CLP 1907/2006. Επίσης να κατατεθούν οι ετικέτες των προϊόντων στα Αγγλικά με την μετάφραση τους στα Ελληνικά.
8. Για τα απολυμαντικά ενδοσκοπίων να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές των ενδοσκοπίων.
9. Όσα από τα απορρυπαντικά προϊόντα προορίζονται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια και πλυντήρια υπερήχων πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων όσον αφορά την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένη χρήση.
10. Βασικές γνώσεις του προγραμματισμού και της λειτουργίας των πλυντηρίων θεωρείται απαραίτητη από τον προμηθευτή.

- 11.** Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το νοσοκομείο με πλαστικοποιημένες ευανάγνωστες οδηγίες που θα αναρτηθούν στους χώρους χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος, στις οποίες πρέπει να αναφέρονται οι οδηγίες χρήσης (αραίωση κ.λπ.) και προφυλακτικά μέτρα για τον χρήστη. Να δηλώνεται από την προμηθεύτρια εταιρεία με υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει εκπαιδεύσεις αναφορικά με την χρήση των προϊόντων στο προσωπικό του νοσοκομείου, σε συχνότητα που θα ορίζεται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ή όποτε παραστεί ανάγκη μετά από συνεννόηση με τους Προϊστάμενους των τμημάτων και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ).
- 12.** Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από σύστημα εύκολης μέτρησης της δόσης (δοσομετρική αντλία ή μεζούρα), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία.
- 13.** Στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάλυση να δίδεται η τιμή του συμπυκνωμένου υγρού ανά λίτρο ή σκόνη ανά Kgr και η τιμή ανά λίτρο του τελικού διαλύματος χρήσης έπειτα από την προτεινόμενη διάλυση.
- 14.** Οι δοσολογίες που θα αξιολογηθούν, είναι αυτές, που αναφέρει ο κατασκευαστής και μόνο στο επίσημο κατασκευαστικό φυλλάδιο.
- 15.** Να μην είναι ερεθιστικά για το αναπνευστικό, τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους στις προτεινόμενες δοσολογίες και τρόπο χρήσης.
- 16.** Να υπάρχει ημερομηνία παραγωγής και λήξεως.
- 17.** Τα απολυμαντικά σκευάσματα θα πρέπει να είναι ελεγμένα με εργαστηριακές δοκιμές διαπιστευμένων εργαστηρίων όπως αυτές περιγράφονται στο εν ισχύ Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14885 και στις μεθοδολογίες ελέγχου Phase2 Step1 και Phase2 Step2 για την ζητούμενη χρήση και ομάδα μικροοργανισμών (για εργαλεία, για επιφάνειες, βακτηριοκτονία, μυκητοκτονία, ιοκτονία κ.λπ.) στον ιατρικό τομέα.
- 18.** Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό-αποδεικτικό συμμετοχής του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα σε σύστημα ανακύκλωσης των συσκευασιών, βάσει του Νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179/6.8.2001). Να κατατεθεί επίσης το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.
- 19.** Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος, με αριθμητικές παραπομπές (1,2,3 κ.ο.κ.) σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Τεχνικών Προδιαγραφών, με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο /

προσπέκτους / τεχνικό δελτίο κ.λπ, καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

20. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν συνοδεύεται από όλα τα παραπάνω θα αποκλείεται.

Από την Επιτροπή για την επεξεργασία και επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διεξαγωγή δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

(Α.Ε. 1628)

11101993 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ο αισθητήρας ενηλίκων να είναι μιας χρήσης , να αποτελείται από τέσσερα ηλεκτρόδια σε ενιαία κατασκευή και να μετρά το βάθος αναισθησίας με τη μέθοδο του διφασματικού δείκτη .
Να διαθέτει συνδετικό clip ασφαλείας . Να εφαρμόζεται μεταξύ μεσομετωπιαίας και κροταφικής περιοχής ώστε να μην καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του μετώπου για να υπάρχει ελεύθερος χώρος , όπως εγκεφαλική οξυμετρία , θερμοκρασία πυρήνα κ.α.

Ο αισθητήρας κατά την τοποθέτηση του , να διαθέτει τεχνολογία προσπέλασης των νεκρών επιδερμικών κυττάρων ώστε να εξασφαλίζεται βέλτιστο αγωγή περιβάλλον και σταθερή τοποθέτηση για 24 ώρες .

Ο αισθητήρας να είναι LATEX – FREE , PVC – FREE ,DEHP – FREE, NITRILE – FREE .

Να δύναται να συνδεθεί με μόνιτορ το οποίο μέσω της οθόνης παρακολούθησης να ενεργοποιούνται φίλτρα για την μείωση μη επιθυμητών πιθανών παρεμβολών του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος , σε οποιαδήποτε χειρουργική θέση τοποθετηθεί ο ασθενής (πρηγής , πλάγια κ.λ.π.) ανάλογα με την επέμβαση που θα υποβληθεί .