



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Fax: 210 - 4592597
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 8796

Πειραιάς: 13/06/2024

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	18/06/2024
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
616/18-01-2024	9ΛΖΥ46906Κ-5ΛΗ	ΥΑ001044 - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ LARGE ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 26CM X 15CM X 3CM (+/-2CM) ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	10 ΤΕΜ	1.430,00 €	ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	Κα. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592480
		ΥΑ001046 - ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΣΜΕΣ & ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΙΣΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΣΕ ML ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1050 +/-50 (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	10 ΤΕΜ	880,00 €		
1447/04-04-2024	99Ι246906Κ-ΒΡ8	ΥΝΦ06033 - ΜΑΝΙΚΙ ΜΗΡΟΥ (LARGE) ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	20 ΖΕΥΓ	640,00 €	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ	Κα ΜΗΛΙΩΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592390

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

4. Γλώσσα: **Ελληνική**

5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους

ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ 616/18-01-2024

ΥΑ001044 : ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ LARGE 26cm x 15cm x 3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες) ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. ΣΠΟΓΓΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΣΧΗΜΑΤΙΘΕΝΤΟΣ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ. 2. ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ. 3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ/ΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ/ΕΣ ΔΙΑΦΑΝΗ/ΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.

ΥΑ001046 : ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΕ ml ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1050ml +/- 50 ml. ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ, ΝΑ ΈΧΕΙ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ML ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΡΟΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ. ΝΕΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΘΡΑΚΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΊΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΩΝ Ή ΓΑΖΑΣ.

ΕΝΤΟΛΗ 1447/04-04-2024

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΝΙΚΙΩΝ (ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΩΝ) ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ

ΚΩΔ: ΥΝΦ06033

1. Να διαθέτουν τουλάχιστον 2 θαλάμους 45-40mmHg
2. Να προσφέρονται εναλλακτικά και περισκελίδες μηρού εφόσον ζητηθούν με τουλάχιστον 3 θαλάμους
3. Η περισκελίδα να έχει τη δυνατότητα χρόνου επαναπλήρωσης του αγγείου χωρίς να μεταβάλλεται ο χρόνος αποπλήρωσης και ο κύκλος θεραπείας .
4. Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά , σταδιακά, με φορά από τον αστράγαλο προς το γόνατο με διαφορετικές πιέσεις κατά μήκος της περισκελίδας με συνολικό χρόνο συμπίεσης 11sec
5. Να διαθέτουν CE MARK
6. Η ημερομηνία λήξης των περισκελίδων να είναι τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοση τους
7. Να είναι κατασκευασμένες από υλικό latex free που αναπνέει ώστε να αποφεύγεται η εφίδρωση και κατ' επέκταση η δυσσομία
8. Να αφήνουν ελεύθερο το πέλμα
9. Να προσφερθούν όλα τα διαθέσιμα μεγέθη
10. Το μηχάνημα να διαθέτει μπαταρία αυτονομίας τουλάχιστον 5 ωρών

Η εταιρεία υποχρεούται να διαθέσει δωρεάν συνοδό εξοπλισμό ανάλογο με τις ανάγκες των τμημάτων, με την παραγγελία των αναλωσίμων.