



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Fax: 210 - 4592597
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 9140

Πειραιάς: 20/06/2024

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	26/06/2024
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2266/10-06-2024	6ΓΡΦ46906Κ-ΙΓΕ	Ε0035001 - ΔΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ. ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	400 ΤΜΧ	2.400,00 €	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	Κα ΤΣΙΛΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592900
2222/07-06-2024	6ΕΦ846906Κ-346	22003066 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΩΝ (JACSON REES SYSTEM II) ΤΥΠΟΥ MARLESON Π.Χ. ΝΑ ΣΤΑΛΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	4 ΤΕΜ	1.600 €	ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592232
1775/10-05-2024	6Τ7Ε46906Κ-Π7Ζ	11103228 - ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΡΑΧΕΙΣΤΟΜΙΑΣ CRAP (ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ) ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ FLOWSAFE Ε2 (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	20 ΤΕΜ	1.360,00 €	ΜΕΘ	Κα ΒΡΕΤΤΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592869

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

4. Γλώσσα: **Ελληνική**

5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους

ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ 1775/10-05-2024

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΤ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ

Κιτ με δυνατότητα χορήγησης αεροδιαλυόμενων φαρμάκων συμβατό,με μάσκας Flowsafe II EZ για θεραπεία συνεχούς θετικής πίεσης μη επεμβατικά (CPAP) στους ασθενείς.

Να αποτελείται από:

- Ενσωματωμένο μανόμετρο με αριθμητική και χρωματική διαβάθμιση.
- Ενσωματωμένη βαλβίδα εκτόνωσης.
- Σωλήνα χορήγησης οξυγόνου.
- Συσκευή νεφελοποίησης
- Διακόπτης on/off στην συσκευή νεφελοποίησης.

ΕΝΤΟΛΗ 2266/10-06-2024

E0035001 Διεγχειρητικό επίθεμα προστασίας κερατοειδούς

Προστατευτικό επίθεμα οφθαλμών, για την αποφυγή της ξήρανσης και τον περιορισμό των εκδορών του κερατοειδούς, κατά την διάρκεια γενικής αναισθησίας, καταστολής ή άλλης παρόμοιας διαδικασίας.

Να είναι ελλειψοειδούς σχήματος, εξαιρετικά λεπτό και εύκαμπτο και να διαθέτει απολήξεις για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση.

Να έχει διαστάσεις 5.3 x 3.3 εκ. και απολήξεις μήκους 1 εκ. στην άνω πλευρά και μήκους 2 εκ. στην κάτω πλευρά που να βοηθούν τον άριστο χειρισμό και την άψογη εφαρμογή και αφαίρεση του επιθέματος.

Να διαθέτει μονής επικάλυψης περιμετρικό μεξ φιλμ πολυαιθυλενίου με ακρυλικό αυτοκόλλητο και μονής επικάλυψης διαφανή θυρίδα από φιλμ πολυουρεθάνης, με ήπιο ακρυλικό αυτοκόλλητο ώστε να διασφαλίζεται το σωστό κλείσιμο των παρυφών των βλεφάρων, να παρέχεται άμεση οπτική θεώρηση των ματιών και άνεση του ασθενούς.

Να τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα, με φορά από πάνω προς τα κάτω με τεχνική χειρισμού "χωρίς άγγιγμα", χάρη στις αποκολλώμενες χάρτινες ταινίες που φέρει.

Να μην περιέχει λάτεξ και να διατίθεται σε ένα μέγεθος, σε ζεύγη σε ατομική συσκευασία φακέλου.

Τόσο στην ατομική συσκευασία όσο και στο κουτί να είναι ευκρινώς τυπωμένες εικόνες-οδηγίες για τη σωστή τοποθέτηση του επιθέματος.

Να σταλούν δείγματα

ΕΝΤΟΛΗ 2222/07-06-2024

2203036 Ημίκλειστο κύκλωμα αναισθησίας, παιδών τύπου JACSON REES SYSTEM II πολλαπλών χρήσεων σιλικόνης πλήρες σετ και να περιέχει :

Μεταλλική ρυθμιζόμενη βαλβίδα αλουμινίου περιορισμού της πίεσης APL = adjustable pressure limiting valve, μέγιστη πίεση 40cmH₂O σε ροή 10l/min με υποδοχή για σύνδεση με το απαγωγέα αερίων, και υποδοχή σύνδεσης με τα φρέσκα αέρια.

Συνδετικό γωνιακό swivel, πολ. χρήσεων για σύνδεση με την μάσκα αναισθησίας,

Κρικοειδή σωλήνα σιλικόνης μήκους 20cm

Ασκός σιλικόνης 1000ml

Ευθύ συνδετικό πολ. χρήσεων

Σωλήνα παροχής αερίων σιλικόνης για σύνδεση με την παροχή μήκους 180cm

-Ακροφύσιο/συνδετικό με την παροχή πολ. Χρήσεων.

Να σταλούν δείγματα προς αξιολόγηση