



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592593
[Email : bargiataki@tzaneio.gov.gr](mailto:bargiataki@tzaneio.gov.gr)

Αριθμ. Πρωτ.: 9639

Πειραιάς: 01-07-2024

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών :

- α) κυλιόμενο σύστημα μεταφοράς ασθενών , β) σετ στηρίγματος ποδιού με μπότα ρυθμιζόμενο με πνευματική υποβοήθηση αριστερό και δεξί συνοδευόμενο από σφιγκτήρες ,
γ) καλώδιο σύνδεσης ενδοσκοπίων OLYMPUS MAJ-1430& MAJ 843 , δ) κυκλώματα φορητού αναπνευστήρα (OXYLOG)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	05 / 07 / 2024
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gov.gr . Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

Α.Ε.	ΑΔΑ	Προϋπολογισμός	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
928	63ΖΚ46906Κ-Ζ50	15.000,00 € πλέον ΦΠΑ	ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΟΥ ΜΕ ΜΠΟΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ <u>Σημείωση</u> : Συμβατά με χειρουργικές τράπεζες TRUMPF	2	ΤΜΗΜΑ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Μ+Γ	ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 210-4592908 Κα Μαργαρώνη Μαρία , προϊσταμένη χειρουργείου & 210-4592232 Κο Νικηφόρο Γεώργιο , προϊστάμενο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
1638	6ΓΖΘ46906Κ-6ΚΜ	10.600,00€ πλέον ΦΠΑ	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ OLYMPUS MAJ-1430& MAJ 843	4	ΤΜΗΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 210-4592908 Κα Μαργαρώνη Μαρία , προϊσταμένη χειρουργείου & 210-4592232 Κο Νικηφόρο Γεώργιο , προϊστάμενο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

1634	ΨΜΖΟ46906Κ -ΘΣ6	6.450,00€ πλέον ΦΠΑ	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (OXYLOG)	150	ΤΜΗΜΑ: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΟ	ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: 2104592480 Κα Παπαδημητρίου Κωνσταντίνα , προϊσταμένη Ν /Χ
1627	6Ζ9246906Κ- ΠΨΧ	3.400,00€ πλέον ΦΠΑ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	2	ΤΜΗΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 210-4592908 Κα Μαργαρώνη , προϊσταμένη Χειρουργείου & 210-4592232 Κο Νικηφόρο Γεώργιο , προϊστάμενο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : - Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ´

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- δωροδοκία
- απάτη
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός **ΕΟΦ**
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**

6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A. ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΟΥ ΜΕ ΜΠΟΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ (ΑΕ 928)

- Τα υλικά να είναι συμβατά με χειρουργικές τράπεζες TRUMPF

B. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ OLYMPUS MAJ-1430& MAJ 843 (Α.Ε 1638)

- Τεμάχια 2 καλώδιο σύνδεσης ενδοσκοπίων OLYMPUS MAJ 1430
- Τεμάχια 2 καλώδιο σύνδεσης ενδοσκοπίων OLYMPUS MAJ 843

Γ. ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (Α.Ε 1627)

1. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ΜΕΘ, χειρουργείο και σε υπέρβαρους ασθενείς , καθώς και για χρήση σε κάθε κλίνη που διαθέτει στρώματα κατάκλισης
2. Να είναι μη αναδιπλούμενο ώστε η αποτελεσματικότητά τους να μην επηρεάζεται από τη χρήση στρωμάτων κατάκλισης
3. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι κατασκευασμένη από ειδικό αφρώδες υλικό ώστε να προσφέρει στη μέγιστη άνεση του ασθενούς (να αναφερθεί)
4. Επιπλέον να είναι επενδεδυμένη με υλικό υψηλής ολίσθησης για μείωση των δυνάμεων τριβής με το εξωτερικό κάλυμμα (να αναφερθεί το υλικό κατασκευής)
5. Διάρκεια ζωής προϊόντος για τουλάχιστον 10 έτη
6. Η εφαρμοζόμενη δύναμη του χρήστη κατά την έλξη ή την ώθηση , να μην υπερβαίνει το 15% του σωματικού βάρους του ασθενή
7. Να αναφερθούν οι μέγιστες εφαρμοζόμενες δυνάμεις τόσο στον ώμο όσο και την μέση που επιτυγχάνονται με την προσφερόμενη τεχνολογία για διάφορα σωματικά βάρη ασθενών
8. Περιφερειακά να έχει στρογγυλεμένα άκρα προστασίας

9. Το κάλυμμα να είναι αδιάβροχο , αντιβακτηριδιακό, αντιμυκητιακό και βραδύκαυστο και να μη περιέχει latex
10. Να είναι εύκολα καθαριζόμενο με δυνατότητα απολύμανσης
11. Να προσφερθούν προς επιλογή καλύμματα μιας χρήσης τα όποια να καλύπτουν πλήρως το μήκος του κυλιόμενου συστήματος μεταφοράς ασθενών καθώς και η κατάλληλη επιτοίχια βάση στήριξης
12. Να παρέχει ασφαλή μεταφορά του ασθενούς για βάρος τουλάχιστον 310kg
13. Η ασφαλής απόσταση μεταξύ των δύο επιφανειών μεταφοράς του ασθενούς να μην είναι μικρότερη των 20cm
14. Το βάρος του συστήματος μεταφοράς να είναι μικρότερο των 4kg (να αναφερθεί) και να φέρει χειρολαβές και στα δύο άκρα για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
15. Διαστάσεις 180X50cm περίπου
16. Σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης με παραπομπές επί ποινή αποκλεισμού
17. Δυνατότητα επίδειξης και χρήσης του προσφερόμενου είδους
18. Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση δύο τουλάχιστον ετών
19. Η προσφορά να συνοδεύεται από έγγραφη εξουσιοδότηση του κατασκευαστικού οίκου για τη διανομή και τεχνική υποστήριξη των προσφερόμενων ειδών
20. Η προμηθεύτρια και κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτουν ISO 9002 ή και ISO13485 και το προσφερόμενο είδος να φέρει σήμανση CE