



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
ΤΗΛ: 210 - 4592158  
Fax: 210 - 4592597  
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 10701

Πειραιάς: 19/07/2024

Δημόσια ανοικτή διαδικασία  
συλλογής προσφορών υλικών

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	24/07/2024
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

## **ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»**

### **Έχοντας υπόψη:**

**1.** Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

**1.1.** Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

**1.2.** Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

**1.3.** Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

**1.4.** Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

**1.5.** Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

**1.6.** Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

## ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές )**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας [mprom1@tzaneio.gov.gr](mailto:mprom1@tzaneio.gov.gr)**  
*Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).*

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

<b>1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b>
<b>2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b>
<b>3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄</b>
<b>4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄</b>

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzaneio.gov.gr](http://www.tzaneio.gov.gr)).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

<b>Α/Ε</b>	<b>ΑΔΑ</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	<b>ΤΜΗΜΑ</b>	<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>
2096/04-06-2024	9ΣΘΩ46906Κ-ΝΙΗ	ΥΧ003228 - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ (BILLOW) ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	30 ΤΕΜ	549,90 €	ΜΕΘ	Κα ΒΡΕΤΤΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592869
2109/04-06-2024	ΡΩΙΕ46906Κ-Ξ3Ν	ΥΧ00371200 - ΜΕΛΑΝΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ. ΟΤΑΝ ΕΓΧΕΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΙΜΟ ΟΡΑΤΟ ΣΤΙΓΜΑ (tattoo). ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 5ml ΜΕ luer - lock.	10 ΤΕΜ	395 €	ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ	Κα ΛΥΓΙΔΑΚΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592872
2108/04-06-2024	9ΤΑΩ46906Κ-ΨΩ	ΥΠ10000106 - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Μ/Χ	1000 ΤΕΜ	124,00 €	ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ	Κα ΜΠΕΛΛΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 21045922801

**\* ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

### ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
4. Γλώσσα: **Ελληνική**
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.  
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά

:

**Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ</b>	<b>GMDN</b>	<b>ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .</b>

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´**  
**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΕΝΤΟΛΗ 2096/04-06-2024**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (BILLOW)

ΠΑΡΟΧΕΤΥΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:

- ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.
- ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.
- Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.
- ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 2.500ML,ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ML ΕΩΣ 100, 2 ML ΕΩΣ 200 ML ΚΑΙ 5 ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ML.
- ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ.
- ΘΑΛΑΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 70 ML ΝΕΡΟΥ,ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΒΑΛΒΙΑΔΑ ΜΕ ΠΛΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΣΦΡΑΓΙΣΗ,ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ Η΄ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.
- ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΕΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ.
- ΘΑΛΑΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ,ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟΥ ΕΩΣ -25 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Η20, ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟ-ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 530 ML.



- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.
- ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ,»ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ»,180 cm.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ^10mm,ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 13mm.
- ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ.
- ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΚΑΜΠΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ, ΤΥΛΙΓΜΕΝΟ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑ TNT ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.