



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
ΤΗΛ: 210 - 4592158  
Fax: 210 - 4592597  
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 9730

Πειραιάς: 03/07/2024

Δημόσια ανοικτή διαδικασία  
συλλογής προσφορών υλικών

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

|                      |   |
|----------------------|---|
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ    | Ανοικτή   |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Η χαμηλότερη τιμή                               |
| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   | 08/07/2024                                      |
| ΩΡΑ:                 | 12:00 μ.μ.,                                     |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ      | Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ |

## **ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»**

### **Έχοντας υπόψη:**

**1.** Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

**1.1.** Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

**1.2.** Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

**1.3.** Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

**1.4.** Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

**1.5.** Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

**1.6.** Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

## **ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ**

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές )**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας [mprom1@tzaneio.gov.gr](mailto:mprom1@tzaneio.gov.gr)**  
*Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).*

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ</b> | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b> |
| <b>2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>                       | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b> |
| <b>3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b>                      | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄</b> |
| <b>4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>                          | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄</b> |

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzaneio.gov.gr](http://www.tzaneio.gov.gr)).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

| <b>Α/Ε</b>      | <b>ΑΔΑ</b>     | <b>ΕΙΔΟΣ</b>   | <b>ΤΕΜΑΧΙΑ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> | <b>ΤΜΗΜΑ</b>            | <b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>                         |
|-----------------|----------------|--|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| 684/18-01-2024  | ΡΠΧ346906Κ-Θ1Θ | 11103127 - ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ   | 10 ΤΕΜ         | 300 €                            | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592232 |
|                 |                | 22002244 - ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ   | 10 ΤΕΜ         | 200 €                            |                         |  |
|                 |                | 22006280 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)   | 4 ΤΕΜ          | 160 €                            |                         |  |
| 2257/10-06-2024 | 6ΙΝΞ46906Κ-ΟΓΛ | 24016029 - ΠΙΠΕΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 0,5-5ml ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 0,01ml (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) | 2 ΤΕΜ          | 540 €                            |                         |  |

**\* ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

### ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

4. Γλώσσα: **Ελληνική**

5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους

ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ<br/>ΕΝΤΟΛΗΣ</b> | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br/>ΕΙΔΟΥΣ</b> | <b>ΤΙΜΗ<br/>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ<br/>ΑΝΑ<br/>ΤΕΜΑΧΙΟ<br/>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ<br/>ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b> | <b>ΤΙΜΗ<br/>ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b> | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ<br/>ΕΜΠΟΡΙΟΥ</b> | <b>GMDN</b> | <b>ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .</b> |
|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
|                            |                             |   |                                   |                                |                             |             |                     |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´**  
**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΕΝΤΟΛΗ 684/18-01-2024**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ**

Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή οθόνη και να απεικονίζει:

Συστολική πίεση.

Διαστολική πίεση.

Αριθμό καρδιακών παλμών.

Το εύρος μετρήσεως να είναι από 15-255 mmHg.

Να διαθέτει συναγερμό για όλες τις λειτουργίες.

Να λειτουργεί με απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Να διαθέτει CE MARK.

Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.



ΕΝΤΟΛΗ 2257/10-6-2024

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΙΠΕΤΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ**

Να είναι μονοκάναλη πιπέτα ακριβείας μεταβλητού όγκου 0,5-5ml με υποδιαίρεση ανά 0,01ml

Ανακρίβεια (inaccuracy) μεγ.όγκου  $< \pm 0,6\%$

Απόκλιση (imprecision) μεγ.όγκου  $< 0,3\%$

Τα χαρακτηριστικά απόδοσης να έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8655

Να διαθέτει εμπρόσθια ένδειξη όγκου και ευανάγνωστη οθόνη

Να διαθέτει χρωματική κωδικοποίηση όγκου

Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα βαθμονόμησης το οποίο να συμμορφώνεται με όλα τα διεθνή πρότυπα

Να διαθέτει ρυθμιζόμενο σύστημα εξώθησης ρυγχών για συμβατότητα με τα ρύγχη των περισσότερων κατασκευαστικών οίκων.

Να έχει εργονομικού σχεδιασμού και χαμηλό βάρος, ώστε να αποτρέπεται το σύνδρομο επαναλαμβανόμενης καταπόνησης (RSI).

Να αποσυναρμολογείται εύκολα και να μπορεί αποστειρωθεί σε αυτόκαυστο στους 121 °C

Να είναι ανθεκτικής κατασκευής υψηλής ποιότητας και ανθεκτική στις χημικές ουσίες και στην έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Να συνοδεύεται από 1.250τεμ ρύγχη πιπετών 5ml με διαβάθμιση, αποστειρώσιμα σε αυτόκαυστο (μεγ. °C) στους 121.

Να διαθέτει CE MARK.

Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη.

- **Να υπάρχει φύλλο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες παραπομπές, που θα απαντούν σε όλα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά.**