



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592159
Fax: 210 - 4592597
Email: mprom3@ tzaneio.gov.gr

Αριθμ.Πρωτ.:14428

Πειραιάς: 09-10-2024

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΑΛΛΑΓΗ E-MAIL: mprom3@tzaneio.gov.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	14-10-2024
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »
(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom3@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΕ	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
3281/09-10-2024	ΨΔΥ246906Κ-25Ι	Α0Κ01407(κωδ.νοσοκ)-ΤΕΣΤ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΓΕΝΩΝ & ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙΤΗ CRP & ΜΧΑ με NPV 97% ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.	150 ΤΕΜ	2.550,00 €	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592978
3290/09-10-2024	9ΓΙ546906Κ-ΨΨ5	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ -ΒΑΦΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.			ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΤΗΛ.ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592372
		1.)ΑΣΜΟ114200(κωδ.νοσοκ)-ΧΡΩΣΗ ΚΑΤΑ GRAM ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	9 ΚΙΤ	2.970,00 €		
		2.)ΑΣΜΑ0114201(κωδ.νοσοκ)-ΤΑΧΕΙΑ ΧΡΩΣΗ ΜΑΥGRUNWALD-GIESMA ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	2 ΚΙΤ	700,00 €		
		3.)ΑΣΜ0114202(κωδ.νοσοκ)-ΨΥΧΡΗ ΧΡΩΣΗ ΖΙΕHL NEELSEN ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	4 ΚΙΤ	1.440 €		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**
- **δωροδοκία**
- **απάτη**
- **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**
- **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**

- **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.**
- **Είναι φορολογικά ενήμερος**
- **Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης**

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. «Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016)

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ
----------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------	------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΕΝΤΟΛΗ:3290/09-10-2024

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ – ΒΑΦΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΤ ΧΡΩΣΕΩΝ

- 1. Πλήρες kit χρώσης Gram κατά Hückler σε αυτόματο σύστημα χρώσεων επιχρισμάτων**
 1. Να προσφερθεί έτοιμο kit για χρώση κατά Gram-Hückler, συμβατό με αυτόματο σύστημα χρώσεων επιχρισμάτων.
 2. Να αποτελείται από τα αντιδραστήρια Crystal Violet Oxalate, PVP stabilized Lugol solution, Differentiator και Safranine.
 3. Να είναι έτοιμα προς χρήση, χημικά σταθεροποιημένα, σε πλαστικά φιαλίδια όγκου 200ml το καθένα, με δακτύλιο ασφαλείας στο πώμα.
 4. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόματο πρωτόκολλο χρώσης Gram, διάρκειας μικρότερης των 7 λεπτών, σε αυτόματο σύστημα χρώσεων επιχρισμάτων, που θα παραχωρηθεί ως συνοδός εξοπλισμός.
 5. Το kit να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 14 ημέρες μετά το άνοιγμα του δακτυλίου ασφαλείας.
 6. Η φύλαξη να πραγματοποιείται στους 15-25°C σε σκοτεινό περιβάλλον μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
 7. Να φέρει IVD CE Mark.

2. Πλήρες kit ταχείας χρώσης May Grunwald - Giemsa διαφόρων βιολογικών δειγμάτων ή παρασίτων σε αυτόματο σύστημα χρώσεων επιχρισμάτων

1. Να προσφερθεί πλήρες kit ταχείας χρώσης, παραλλαγής της κλασικής, May Grünwald - Giemsa (MGG) συμβατό με αυτόματο σύστημα χρώσεων επιχρισμάτων.
2. Να αποτελείται από τα αντιδραστήρια Fix, Eosin, Buffer και Blue.
3. Να είναι έτοιμα προς χρήση, χημικά σταθεροποιημένα, σε πλαστικά φιαλίδια όγκου 200ml το καθένα, με δακτύλιο ασφαλείας.
4. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κυτταρολογική εξέταση ή ανίχνευση μικροοργανισμών σε πολλαπλά αυτόματα πρωτόκολλα επιχρισμάτων με βάση το είδος δείγματος και στόχου ανίχνευσης μικροοργανισμού: αίματος, μυελού, ENY, πρωτόζωων, παρασίτων, Plasmodium και άλλων με τη χρήση σε αυτόματο σύστημα χρώσεων επιχρισμάτων που θα παραχωρηθεί ως συνοδός εξοπλισμός.
5. Το kit να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 300 εξετάσεις μετά το άνοιγμα του δακτυλίου ασφαλείας.
6. Η φύλαξη να πραγματοποιείται στους 15-25°C σε σκοτεινό περιβάλλον μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
7. Να φέρει IVD CE Mark.

3. Πλήρες kit εν ψυχρώ οξεάντοχης χρώσης μυκοβακτηριδίων σε αυτόματο σύστημα χρώσεων επιχρισμάτων

1. Να προσφερθεί έτοιμο kit ψυχρής χρώσης ZN (Ziehl-Neelsen) για την ανίχνευση Μυκοβακτηριδίων ή οξεάντοχων βακτηριδίων συμβατό με αυτόματο σύστημα χρώσεων επιχρισμάτων.
2. Να αποτελείται από τα αντιδραστήρια Fixative, Fuchsin, Discolouring Solution και Methylene Blue.
3. Να είναι έτοιμα προς χρήση, χημικά σταθεροποιημένα, σε πλαστικά φιαλίδια όγκου 200ml το καθένα, με δακτύλιο ασφαλείας στο πώμα.

4. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτόματο πρωτόκολλο χρώσης Cold ZN, διάρκειας μικρότερης των 20 λεπτών, σε αυτόματο σύστημα χρώσεων επιχρισμάτων που θα παραχωρηθεί ως συνοδός εξοπλισμός.
5. Το kit να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 500 εξετάσεις μετά το άνοιγμα του δακτυλίου ασφαλείας.
6. Η φύλαξη να πραγματοποιείται στους 15-25°C σε σκοτεινό περιβάλλον μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
7. Να φέρει IVD CE Mark.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ – ΒΑΦΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

1. Να προσφερθεί πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα χρώσης πλακιδίων για χρήση στην βακτηριολογία και αιματολογία.
2. Να εκτελούνται:
 - i. Χρώση κατά Gram
 - ii. Ταχεία χρώση May Grunwald – Giemsa για διάφορα βιολογικά υγρά ή για χρώση παρασίτων
 - iii. Ψυχρή χρώση Ziehl - Neelsen
3. Να είναι επιτραπέζιο και το μέγεθός του να μην υπερβαίνει τις παρακάτω διαστάσεις:
 - i. Πλάτος: 50cm
 - ii. Βάθος: 50cm
 - iii. Ύψος: 70cm
 - iv. Βάρος: 30 κιλά
4. Να διαθέτει 2 ανεξάρτητους δειγματολήπτες (slide holders) για 10 πλακίδια ο καθένας (συνολική χωρητικότητα 20 πλακίδια).

5. Να μπορεί να βάψει τουλάχιστον 10 πλακίδια ταυτόχρονα ανά κύκλο.
6. Να διαθέτει 4 θέσεις αντιδραστηρίων (χρωστικών) και μία θέση για υγρό έκπλυσης.
7. Να διαθέτει 2 θέσεις για στέγνωμα πλακιδίων.
8. Να διαθέτει 2 δοχεία χωρητικότητας 10 λίτρων το καθένα, για την έκπλυση των πλακιδίων και για την απομάκρυνση των αποβλήτων.
9. Να μπορούν να αποθηκευτούν τουλάχιστον 10 διαφορετικά πρωτόκολλα, για άμεση εφαρμογή σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
10. Να διαθέτει οθόνη αφής LCD.
11. Να διαθέτει σύγχρονη μέθοδο ιχνηλασιμότητας με ραδιοσυχνότητες (RFID) για την αποφυγή σφαλμάτων, την ταυτοποίηση των αντιδραστηρίων, των πλακιδίων (δειγμάτων), καθώς επίσης και τον έλεγχο χρόνου λήξεως των χρωστικών.
12. Να ελέγχει αυτόματα την στάθμη αντιδραστηρίων, αποβλήτων και διαλυμάτων έκπλυσης.
13. Να διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα για την αδρανοποίηση πτητικών αντιδραστηρίων και την προστασία από χημικές ουσίες.
14. Να είναι φιλικό στο περιβάλλον και να προσφέρει ασφάλεια στους χειριστές (ορθή και ασφαλής διαχείριση αποβλήτων, αποφυγή επαφής με τοξικές και επικίνδυνες ουσίες).
15. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα για χρήση (να μην απαιτούν αραίωση).
16. Η συσκευή χρώσης και τα αντίστοιχα αντιδραστήρια να είναι πιστοποιημένα για διαγνωστική χρήση (σήμανση CE για IVD χρήση).
17. Η συσκευή χρώσης και όλα τα αντιδραστήρια να είναι του ίδιου κατασκευαστή οίκου, ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία συμβατότητα.
18. Τα αντιδραστήρια να φυλάσσονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (15-25οC).
19. Τροφοδοσία ρεύματος: 220V ~ 50Hz.

ΕΝΤΟΛΗ:3281/09-10-2024

**Δοκιμασία/τεστ ταχείας διάγνωσης ανοσολογικής ανταπόκρισης σε ιούς και βακτήρια
διπλού βιοδείκτη (CRP/ MxA)**

Τύπος Δοκιμασίας: Τεστ ταχείας διάγνωσης (rapid test)

Μέθοδος Ανάλυσης: Ανοσοχρωματογραφία πλευρικής ροής

Τρόπος Εκτέλεσης: 4 διαδοχικά βήματα με μηχανισμό κλειδώματος και ηχητική επιβεβαίωση ολοκλήρωσης κάθε βήματος

Παρεχόμενος Εξοπλισμός: Τεστ με ενσωματωμένο σκαρφιστήρα και αντιδραστήριο

Συνοδός Εξοπλισμός: Δεν απαιτείται

Αναλυτέοι Βιοδείκτες: CRP (C αντιδρώσα πρωτεΐνη) και MxA (Myxovirus Resistance Protein A)

Τύπος Δείγματος: Ολικό αίμα από τριχοειδές αγγείο

Χρόνος Αποτελεσμάτων: 10 λεπτά

Έλεγχος ποιότητας: Διπλός μάρτυρας

Αξιοπιστία: Ευαισθησία 95% - Ειδικότητα 94% / NPV 97-99%

Πιστοποιήσεις: CE Mark & FDA