



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αριθμ.Πρωτ.:1984

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Πειραιάς:07-02-2025

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ: 210 – 4592159

Fax: 210 - 4592597

Email: mprom3@ tzaneio.gov.gr

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΑΛΛΑΓΗ E-MAIL: mprom3@tzaneio.gov.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	12-02-2025
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »
(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom3@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
597 /08-01-2025	9Φ6046906Κ-ΦΥ9	ΥΧ003729(κωδ.νοσok)-ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ CLIPS 20 mm ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ESD ΚΑΙ EMR ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ . ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.	60 TEM	4.800,00 €	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΛΥΓΙΔΑΚΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592858
596 /08-01-2025	ΨΝΕ846906Κ-ΠΚΞ	ΥΧ003401(κωδ.νοσok)-ΚΑΨΟΥΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ	5 TEM	815,00 €	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΛΥΓΙΔΑΚΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592858
		ΥΧ003402(κωδ.νοσok)-ΒΙΝΤΕΟΚΑΨΟΥΛΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΛΕΝΟΓΟΝΟΥ ΛΕΠΤΥ ΕΝΤΕΡΟΥ	5 TEM	3.240,00 €		
595 /08-01-2025	9ΖΠΤ46906Κ-ΘΤΔ	ΥΧ00371600(κωδ.νοσok)-ΒΡΟΓΧΟΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ (COLD-SNARE) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10mmx2,3mm-ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25mmx2,3mm. ΝΑ ΣΤΑΛΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10mmx2,3 mm-100 TEM, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25mmx2,3mm-50 TEM	5.400,00 €	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΛΥΓΙΔΑΚΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592858
594 /08-01-2025	ΨΟΜΞ46906Κ-7ΑΒ	ΥΧ004047(κωδ.νοσok)-ΛΑΒΙΔΑ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΙΜΑΡΑΓΟΥΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΟΝΩΝ 4mm,5mm και 6,5mm.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ .ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ.ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΗ 1,650mm ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ 5mm. ΝΑ ΣΤΑΛΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΑ	ΜΗΚΗ 1,650mm ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ 5mm: 5 TEM-	3.800,00 €	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΛΥΓΙΔΑΚΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592858
		ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΗ 2,300mm ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 4mm. ΝΑ ΣΤΑΛΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΑ	ΜΗΚΗ 2,300mm ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 4mm:5 TEM			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**·
- **δωροδοκία**
- **απάτη**
- **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**
- **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**

- **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.**
- **Είναι φορολογικά ενήμερος**

• Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. «Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016)

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΕΝΤΟΛΗ:597/08-01-2025

**ΥΧ003729(κωδ.νοσοκ)-
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ CLIPS 20 mm ΓΙΑ ΣΥΓΛΕΙΣΗ ESD ΚΑΙ EMR ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ .**

Clip 20mm να είναι προφορτωμένο, πλήρως περιστρεφόμενο (1:1) κατά 360 και ιδανικό για χρήση σε επεμβατικές ενδοσκοπικές τεχνικές : ERCP, ESD και EMR. Να είναι κατασκευασμένο από ειδικά επεξεργασμένο ανοξείδωτο χάλυβα - stainless steel- και να λειτουργεί σύμφωνα με την τεχνολογία calmp (σφιγκτήρα). Να ανοιγοκλείνει απεριόριστα και να περιστρέφεται με απόλυτη ακρίβεια σε οποιαδήποτε θέση (καμπή) και να βρίσκεται το ενδοσκόπιο. Κατά την ERCP, να μην επηρεάζονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του από το elevator του ενδοσκοπίου. Να έχει ειδικό σχεδιασμό Cam Mechanism, ο οποίος να μην επιτρέπει την ανάκληση των σιαγόνων κατά το κλείσιμο.

Το clip να φέρει συνολικά 10 ισχυρές ακίδες συγκράτησης ιστού. Το κάθε σκέλος του clip να έχει ατραυματικά άκρα 2 ακίδων (σχεδιασμού V) και 3 ακίδες στο εσωτερικό του, ώστε να εξασφαλίζεται μέγιστη δύναμη σύγκλεισης. Επίσης να έχει βραχύ stem (στέλεχος/βάση βραχιόνων κλιπ) σε μήκη 5mm - 6,75mm.

Να διατίθεται σε 4 διαφορετικές διαστάσεις : 8mm x 9,88mm - 11mm x 10,88mm - 16mm x 12,8mm και Lockado™ G-Type: 20mm x 13,8mm.

Ο καθετήρας του να είναι κατασκευασμένος από λείο ανοξείδωτο ατσάλι, με εύκαμπτο ακάλυπτο spiral τελικό άκρο, επικάλυψη teflon στο κυρίως σώμα και laser printed markers για σαφή εντοπισμό βάθους εισαγωγής. Επίσης να είναι χρωματικά κωδικοποιημένος, ανά διάσταση ανοίγματος κλιπ, και να διατίθεται σε διάμετρο 2,6mm & μήκος 195cm-230cm. Να φέρει λαβή χειρισμού Short-throw 3-ring, από καουτσούκ.

Να είναι μίας χρήσης και να παραδίδεται αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.

Επίσης να είναι συμβατό με τα ενδοσκόπια όλων των τύπων και οίκων κατασκευής καθώς και με μαγνητικό τομογράφο σε πεδία 1,5 ή 3 Tesla. Επιπρόσθετα να φέρει ένδειξη προφυλακτικής χρήσης μετά από πολυπεκτομή, διατρήσεων < 3cm, καθήλωση καθετήρων σίτισης και μεταλλικών ενδοπροσθέσεων