



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΑΜΠΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592157
[Email : e.tsampi@tzaneio.gov.gr](mailto:e.tsampi@tzaneio.gov.gr)

Αριθμ. Πρωτ.: 4528

Πειραιάς: 27-3-2025

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ ΚΟΠΗΣ 30⁰ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΡΟΛΕΡ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	2-4-2025
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας e.tsampi@tzaneio.gov.gr . Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

Α.Ε.	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗΔΑΠΑΝΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
623	6ΦΨΦ46906Κ-40Α	11101268 ΑΓΚΥΛΗ ΚΟΠΗΣ TURIS για set TURIS OLYMPUS ρεζεκτοσκοπίου μιας χρήσης	7.500,00€	30	ΤΜΗΜΑ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΤΜΗΜΑ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ: 210-4592908 Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
		11101269 ΡΟΛΕΛ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ TURIS Olympus ρεζεκτοσκοπίου μιας χρήσης	2.500,00€	10		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : - Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
- δωροδοκία
- απάτη
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός **ΕΟΦ**
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**

6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
8. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016) οι διαδικασίες σύναψης των οποίων έχουν εκκινήσει μετά την 1η Ιουνίου 2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.
ΑΓΚΥΛΗ 30° TURIS, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ 0.2MM, ΜΕΣΑΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, OLYMPUS	1
ΑΓΚΥΛΗ 30° TURIS, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ 0.2MM, ΜΕΓΑΛΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, OLYMPUS	1
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ TURIS, MANITARI, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, OLYMPUS	1
ΡΟΛΕΡ TURIS, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, OLYMPUS	1

ΡΟΛΕΡ TURIS, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, OLYMPUS

1. ηλεκτρόδιο ρόλερ (σχεδιασμού μονού σύρματος) συμβατό με OLYMPUS οπτικές 12° (με κωδικό WA2T412A και A22001A) και 30° (με κωδικό WA2T430A και A22002A), και κατάλληλο για διουρηθρικές/διατραχηλικές επεμβάσεις υπό φυσιολογικό ορό (TURis).
2. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος.
3. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσής του να είναι πέντε έτη.
4. Να είναι συμβατό με OLYMPUS στοιχείο εργασίας TURis/TCRIs (με κωδικό αριθμό WA22366A και WA22367A).
5. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του ρεζεκτοσκοπίου και του συμβατού διατατικού μέσου. Συγκεκριμένα, η πίσω πλευρά του ηλεκτροδίου είναι λευκή, υποδεικνύοντας συμβατότητα με OLYMPUS οπτική 12° (με κωδικό WA2T412A και A22001A) και 30° (με κωδικό WA2T430A και A22002A). Ο δεξιός μονωτικός σωλήνας του άκρου του είναι γκρι υποδεικνύοντας συμβατότητα με τις εσωτερικές θήκες 24Fr. (με κωδικό αριθμό A42011A, A22040A/T, A22041A/T, A22014A/T). Ο αριστερός μονωτικός σωλήνας του άκρου του είναι μπλε υποδεικνύοντας συμβατότητα με φυσιολογικό ορό (0.9%NaCl).
6. Να υπάρχει σήμανση (0.9%NaCl) στο ηλεκτρόδιο η οποία υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό φυσιολογικό ορό.
7. Ο κωδικός αριθμός να αναγράφεται στο ηλεκτρόδιο.

ΑΓΚΥΛΗ 30° TURIS, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ 0.2MM, ΜΕΣΑΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, OLYMPUS

1. ηλεκτρόδιο-αγκύλη (σχεδιασμού μονού σύρματος) συμβατό με OLYMPUS

- οπτικές 30° (με κωδικό αριθμό WA2T430A και A22002A) και κατάλληλο για διουρηθρική/διατραχηλική εκτομή υπό φυσιολογικό ορό (TURis/TCRis).
2. Να έχει σύρμα πάχους 0.2mm για να επιτυγχάνει γρήγορη ενεργοποίηση και είναι μεσαίου μεγέθους (5.00mm πλάτους και 3.3mm ύψους).
 3. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος, και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς (το βάθος διείσδυσης της ενέργειας στον ιστό) είναι ελάχιστη (μέσος όρος 0.18mm).
 4. Να είναι κατάλληλη για διουρηθρική/διατραχηλική εκτομή προστάτη/ιστού τουλάχιστον 120gr υπό φυσιολογικό ορό (TURis/TCRis).
 5. να είναι μιας χρήσης. Είναι αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσής του να είναι πέντε έτη
 6. να είναι συμβατό με OLYMPUS στοιχείο εργασίας TURis/TCRis (με κωδικό αριθμό WA22366A και WA22367A).
 7. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του ρεζεκτοσκοπίου και του συμβατού διατατικού μέσου. Συγκεκριμένα, η πίσω πλευρά του ηλεκτροδίου είναι κόκκινη, υποδεικνύοντας συμβατότητα με OLYMPUS οπτική 30° (με κωδικό αριθμό WA2T430A και A22002A). Ο δεξιός μονωτικός σωλήνας του άκρου του είναι κίτρινος υποδεικνύοντας συμβατότητα με τις OLYMPUS εσωτερικές θήκες 24Fr. (με κωδικό αριθμό A42011A, A22040A/T, A22041A/T, A22014A/T). Ο αριστερός μονωτικός σωλήνας του άκρου του είναι μπλε υποδεικνύοντας συμβατότητα με φυσιολογικό ορό (0.9%NaCl).
 8. Να υπάρχει σήμανση (0.9%NaCl) στο ηλεκτρόδιο η οποία υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό φυσιολογικό ορό.
 9. Ο κωδικός αριθμός αναγράφεται στο ηλεκτρόδιο.

ΑΓΚΥΛΗ 30° TURIS, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ 0.2MM, ΜΕΓΑΛΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, OLYMPUS

1. ηλεκτρόδιο-αγκύλη (σχεδιασμού μονού σύρματος) συμβατό με OLYMPUS οπτικές 30° (με κωδικό αριθμό WA2T430A και A22002A) και κατάλληλο για διουρηθρική/διατραχηλική εκτομή υπό φυσιολογικό ορό (TURis/TCRis).
2. Να έχει σύρμα πάχους 0.2mm για να επιτυγχάνει γρήγορη ενεργοποίηση και είναι μεγάλου μεγέθους (5.30mm πλάτους και 4.3mm ύψους)
3. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος, και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς (το βάθος διείσδυσης της ενέργειας στον ιστό) είναι ελάχιστη (μέσος όρος 0.18mm).
4. Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική/διατραχηλική εκτομή προστάτη/ιστού τουλάχιστον 120gr υπό φυσιολογικό ορό (TURis/TCRis).
5. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσής του είναι πέντε έτη.
6. Να είναι συμβατό με OLYMPUS στοιχείο εργασίας TURis/TCRis (με κωδικό αριθμό WA22366A και WA22367A).

7. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του ρεζεκτοσκοπίου και του συμβατού διατατικού μέσου. Συγκεκριμένα, η πίσω πλευρά του ηλεκτροδίου είναι κόκκινη, υποδεικνύοντας συμβατότητα με OLYMPUS οπτική 30° (με κωδικό αριθμό WA2T430A και A22002A). Ο δεξιός μονωτικός σωλήνας του άκρου του είναι κίτρινος υποδεικνύοντας συμβατότητα με τις OLYMPUS εσωτερικές θήκες 24Fr. (με κωδικό αριθμό A42011A, A22040A/T, A22041A/T, A22014A/T). Ο αριστερός μονωτικός σωλήνας του άκρου του είναι μπλε υποδεικνύοντας συμβατότητα με φυσιολογικό ορό (0.9%NaCl).
8. Να υπάρχει σήμανση (0.9%NaCl) στο ηλεκτρόδιο η οποία υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό φυσιολογικό ορό.
9. Ο κωδικός αριθμός να αναγράφεται στο ηλεκτρόδιο
10. Ο μειοδότης θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

