



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 4635

Πειραιάς: 28/03/2025

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών
(ΤΟΛΥΠΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ, ΜΑΝΙΚΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑΣ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	02/04/2025
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2130/05-03-2025, ΔΣ 3/2025, Θ.50	Ψ65246906Κ- ΤΕΕ	Ε0011011 - ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 12PLY, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 Χ 10 cm. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	100.000 ΤΕΜ	2.400,00 €	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	Κα ΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 21045922716,9
827/13-01-2025, ΔΣ 25/2024, Θ.23	9ΖΓΔ46906Κ- 7Γ2	ΥΝΦ06033 - ΜΑΝΙΚΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ. ΖΕΥΓΟΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΣΦΥΡΑ. ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. (ΤΕΜΑΧΙΑ 100, 50 ΖΕΥΓΗ) (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	50 ΖΕΥΓΗ	1.600,00 €	ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	Κα. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592480
774/13-01-2025, ΔΣ 13/2024, Θ.18	9ΗΑ246906Κ- 4Α2	Ε0007070 - ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΠΟΔΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΦΗΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ	4 ΤΕΜ	600,00 €	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘ	Κα ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592663

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
 2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
 3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
 4. Γλώσσα: **Ελληνική**
 5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
 6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
- Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :
- Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ´
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ 2130/05-03-2025

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΖΑΣ

Γάζα υδρόφιλη **ακτινοσκοιερή**.

Σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN14079:2003

- Η ακτινοσκοιερή γάζα πρέπει να είναι υδρόφιλη από 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών.
- Να είναι λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα στην ύφανση της (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.τ.λ.).
- Να είναι κομμένη ισομετρικά, **χωρίς ξέφτια**.
- Να είναι απαλλαγμένη από χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα).
- Να μην είναι λοξοϋφασμένη, να είναι σιδερωμένη και να έχει υψηλή απορροφητικότητα.
- Να έχει βαριούχο ακτινοσκοιέρο νήμα, περιεκτικότητας τουλάχιστον 60% θεικού βαρίου ανά τριάντα εκατοστά (30cm) υφάσματος, πλεγμένο κατά μήκος της γάζας και να είναι ορατό ακόμα και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.
- Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003 και να υπάρχει συμφωνία με τα παρακάτω:
 1. Αριθμός κλωστών ανά cm^2 18
 2. Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 cm 100 ± 5
 3. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5cm
 4. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5cm στη διεύθυνση της κρόκης 30
 5. Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m^2) 24
- Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά
- Στην εξωτερική συσκευασία να αναγράφονται τα παρακάτω:
 1. επωνυμία του κατασκευαστή,
 2. το είδος του περιεχομένου,
 3. η ημερομηνία παραγωγής,

4. οι διαστάσεις του προϊόντος (μήκος – πλάτος),
 5. ο αριθμός παρτίδας,
 6. σήμανση CE,
 7. ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας,
 8. η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη,
 9. πάνω στην τελική συσκευασία θα αναγράφονται REF number
- Οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν για όλα τα είδη γάζας.
 - Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος σε όλα τα είδη, προκειμένου όλα τα παραπάνω να ελεγχθούν.
 - Σε περίπτωση που όλα τα είδη γάζας δεν είναι σύμφωνα με τα δείγματα μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού να επιστρέφονται.
 - Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485 : 2016.
 - Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001: 2015, και να συμμορφώνεται με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.
 - Να κατατεθούν τέλος επίσημα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά. Σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN14079:2003 που αφορά την ταυτοποίηση της γάζας και τους ελέγχους που μπορεί να ακολουθήσουν. Οι έλεγχοι μπορούν να γίνουν από την επιτροπή.
 - Τα δείγματα και τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή (έλεγχος ΕΟΦ, ΧΗΜΕΙΟ κλπ).

ΕΝΤΟΛΗ 2130/05-03-2025

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΝΙΚΙΩΝ (ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΩΝ) ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ

ΚΩΔ: ΥΝΦ06033

1. Να διαθέτουν τουλάχιστον 2 θαλάμους 45-40mmHg
2. Να προσφέρονται εναλλακτικά και περισκελίδες μηρού εφόσον ζητηθούν με τουλάχιστον 3 θαλάμους
3. Η περισκελίδα να έχει τη δυνατότητα χρόνου επαναπλήρωσης του αγγείου χωρίς να μεταβάλλεται ο χρόνος αποπλήρωσης και ο κύκλος θεραπείας .

4. Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά , σταδιακά, με φορά από τον αστράγαλο προς το γόνατο με διαφορετικές πιέσεις κατά μήκος της περισκελίδας με συνολικό χρόνο συμπίεσης 11sec
5. Να διαθέτουν CE MARK
6. Η ημερομηνία λήξης των περισκελίδων να είναι τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοση τους
7. Να είναι κατασκευασμένες από υλικό latex free που αναπνέει ώστε να αποφεύγεται η εφίδρωση και κατ' επέκταση η δυσσομία
8. Να αφήνουν ελεύθερο το πέλμα
9. Να προσφερθούν όλα τα διαθέσιμα μεγέθη
10. Το μηχανήμα να διαθέτει μπαταρία αυτονομίας τουλάχιστον 5 ωρών

Η εταιρεία υποχρεούται να διαθέσει δωρεάν συνοδό εξοπλισμό ανάλογο με τις ανάγκες των τμημάτων, με την παραγγελία των αναλωσίμων.