



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 5229

Πειραιάς: 07/04/2025

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών

(ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	11/04/2025
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
814/13-01-2025 ΔΣ 20/2022, Θ.36	63ΙΓ46906Κ- 47Τ	21008058 - ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1 ΤΕΜ	1.800,00 €	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592476
898/14-01-2025 ΔΣ 16/2024, Θ.66	931Σ46906Κ- ΓΩΚ	21008112 - ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1 ΤΕΜ	1.900,00 €	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
 2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
 3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
 4. Γλώσσα: **Ελληνική**
 5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
 6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
- Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :
- Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ´
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ **814/13-01-2025**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

1. Τροχήλατο φορείο Βαρέως τύπου κατασκευασμένο από ισχυρό χαλύβδινο σωλήνα (αντισκωριακής επεξεργασίας).
2. Να διαθέτει υδραυλικό σύστημα ταχείας ανύψωσης με χιαστό σύστημα. Η υδραυλική αυξομείωση του ύψους, να ρυθμίζεται από 50-90cm περίπου μέσω πεντάλ.
3. Το φορείο να διαθέτει ελαστικό προσκρουτήρα και στις τέσσερις γωνίες του για να αποφευχθούν ζημιές είτε στο φορείο είτε στους τοίχους.
4. Το φορείο να έχει εξωτερικές διαστάσεις 200cm X 65 cm x 50/90 cm περίπου
5. Το φορείο να φέρει 4 τροχούς στην βάση διαμέτρου Φ 200mm, περίπου, οι δύο εκ των οποίων με φρένο καθώς και σύστημα κατεύθυνσης.
6. Να δύναται να διαθέτει ανακλινόμενα πλαϊνά προστατευτικά ανοξείδωτα κάγκελα με πλαστικό κάλυμμα στο πάνω μέρος, με ημιαυτόματο σύστημα σταθεροποιήσεως τα οποία να ασφαλίζουν τον ασθενή κατά την μεταφορά του.
7. Να φέρει περιστρεφόμενες υποδοχές για στήριξη οροστηλών με δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους της οροστήλης.
8. Να συνοδεύεται με δύο στατώ ορού από ανοξείδωτο χάλυβα με άγκιστρα, θήκη φιάλης οξυγόνου και θήκη για την τοποθέτηση αντικειμένων του ασθενή.
9. Η επιφάνεια του φορείου να είναι κατασκευασμένη από συμπαγές εύκαμπτο άθραυστο και ακτινοδιαπέραστο υλικό και να έχει θέσεις υποδοχής για κασέτες ακτινολογικού μηχανήματος συρόμενη συρταρωτή με δυνατότητες αυξομειώσεως (35 x 43) καθ' όλο το μήκος του φορείου.

10. Να διαθέτει περιμετρικές χειρολαβές μετακίνησης
11. Να διαθέτει ερεσίνωτο πλάτης με αυτοασφαλιζόμενη ανάκληση τύπου σκαλιέρας
12. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών από την παράδοση και κάλυψη ανταλλακτικών και τεχνική υποστήριξη (service) για το χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.
13. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO.
14. Να διαθέτει στρώμα ενιαίο προσθαφαιρούμενο και να είναι από αφρώδες υλικό πάχους 10cm, αδιάβροχο με προσθαφαιρούμενο βραδύκαυστο αντιμικροβιακό κάλυμμα. Το στρώμα να είναι κατάλληλο και για πολύωρη παραμονή του ασθενούς στο φορείο.
15. Να δέχεται βάρος έως και τουλάχιστον 230 κιλά (ασφαλές φορτίο λειτουργίας)
16. Όλα τα υδραυλικά και μηχανικά μέρη να είναι καλυμμένα με μεγάλης αντοχής πλαστικά καλύμματα ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί και ατυχήματα.
17. Η επίδειξη του προσφερόμενου είδους απαραίτητη.
18. Να φέρει CE Mark

ΕΝΤΟΛΗ **898/14-01-2025**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

1. Το προς προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας και να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία παρελκόμενα για τη λειτουργία του.

2. Το τροχήλατο να φέρει σκελετό κατασκευασμένο από ατσάλι ενώ τα άλλα του μέρη να είναι κατασκευασμένα από ατσάλι και τεχνοπολυμερές υλικό. Να γίνει λεπτομερής περιγραφή της κατασκευής του.
3. Να είναι εξ ολοκλήρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο με αντισηπτικά και να έχει στρογγυλεμένες άκρες για τον εύκολο καθαρισμό του.
4. Να φέρει ενσωματωμένη εργονομική χειρολαβή ωθήσεως από αλουμίνιο και πλαστικό και στις γωνίες της βάσης του προσκρουστήρες για την εξομάλυνση κραδασμών.
5. Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 63X45 cm περίπου. Να διαθέτει επιπλέον συρόμενη επιφάνεια γραψίματος διαστάσεων 36X40 cm περίπου.
6. Η επιφάνεια εργασίας να φέρει από τις τρεις πλευρές της προστατευτικό γείσο.
7. Το τροχήλατο να φέρει συνδυασμό τέσσερα (4) συρτάρια, εκ των οποίων τα τρία (3) συρτάρια με ύψος μετώπης 150mm και ένα (1) συρτάρι μεγαλύτερου βάθους με ύψος μετώπης 300mm περίπου, για τη φύλαξη ογκωδών αντικειμένων (ορών κτλ).
8. Τα συρτάρια να είναι προσθαιρούμενα και να δύνανται να αποσπώνται πλήρως με την τεχνολογία «easy click» ή αντίστοιχη, χωρίς τη χρήση εργαλείων, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός τους για μέγιστη υγιεινή. Να φέρουν ενσωματωμένες χειρολαβές στις μετώπες τους και θέση για ετικέτες. Να διαθέτουν μηχανισμό soft-closing επιτρέποντας το πλήρες άνοιγμα τους. Το τροχήλατο να φέρει κεντρικό κλείδωμα συρταριών.
9. Να διαθέτει τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς, διαμέτρου 125 mm περίπου, εκ των οποίων οι δύο με φρένο.
10. Στη βάση στις τέσσερις γωνίες να φέρει προσκρουστήρες από υλικό PVC.
11. Το τροχήλατο να έχει διαστάσεις : 750x550x1050mm περίπου.
12. Να φέρει τα κάτωθι εξαρτήματα :
 - Εσωτερικά διαχωριστικά για τα τρία πρώτα συρτάρια
 - Τρεις (3) ανακλινόμενες θήκες στη μία πλαϊνή πλευρά του τρόλεϊ
 - Κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 15 lt
 - Θήκη καθετήρων
 - Βάση στήριξης δοχείου απόρριψης αιχμηρών

- Βιτρίνα φαρμάκων με τουλάχιστον 8 ανακλινόμενες θήκες
- Θήκη για κουτί γαντιών

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σε όλες τις προαναφερόμενες διαστάσεις όπου υπάρχει ο όρος “περίπου” συνιστά μέγιστη αποδεκτή απόκλιση κατά +-10%

1. Τα προσφερόμενα να συμμορφώνεται και να πληρούν όλους τους κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας.
Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security, ISO 13485:16 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας». Επίσης, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν.
2. Με την παράδοση στο Νοσοκομείο του ανωτέρου είδους να είναι πλήρως συναρμολογημένο και να γίνει επίδειξη στους χρήστες .
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για 10 έτη τουλάχιστον.
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την οριστική παραλαβή του (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας) κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή του, με έγγραφη επιβεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου και αναφορά οπωσδήποτε στη συγκεκριμένη διακήρυξη.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση του προσφερόμενου είδους.
6. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται.