



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ  
ΤΗΛ: 210 – 4592576  
Email: mprom2@tzaneio.gov.gr

Αριθμ.Πρωτ.:5596

Πειραιάς: 11-04-2025

#### ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

(ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΓΓ/ΦΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ )

**ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΑΛΛΑΓΗ E-MAIL: [mprom2@tzaneio.gov.gr](mailto:mprom2@tzaneio.gov.gr)**

**ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ**

#### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	16 -04-2025
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α' – Δ'

## **ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»**

### **Έχοντας υπόψη:**

**1.** Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

**1.1.** Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »  
( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

**1.2.** Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

**1.3.** Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

**1.4.** Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

**1.5.** Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

**1.6** Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

## ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α'** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ' ( Τεχνικές προδιαγραφές )**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο e-mail της Υπηρεσίας [mprom2@tzaneio.gov.gr](mailto:mprom2@tzaneio.gov.gr)**  
*Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).*

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α'-Δ'** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

<b>1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b>
<b>2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b>
<b>3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄</b>
<b>4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄</b>

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzaneio.gov.gr](http://www.tzaneio.gov.gr))

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**

Α/Α	Α/Ε ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙ Α	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1	<p><b>2073/ 27-02-2025</b></p> <p><b>Δ.Σ. 3/2025 Θ:52</b></p>	6ΖΒ346906Κ-ΞΗΣ	<p>ΥΚ086003 (Κωδ. Νοσοκ.)  <b>ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΓΓ/ΦΙΑΣ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ  ΧΡΗΣΗΣ.</b>  <b>ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΝΤΥΠΟ  ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΕΤ.</b>  <b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄</b></p>	600 ΤΜΧ	22.200,00 €	ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	<p>ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Κα ΛΑΧΑΝΑ  ΤΗΛ.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  210-4592682</p>

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

### ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
- δωροδοκία
- απάτη
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO (€)**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**.
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ' εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. «Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016)

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

**Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ</b>	<b>GMDN</b>	<b>ΕΟΦ</b>
----------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------	------------



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ 2073/27-02-2025

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΣ3/2025 Θ:52

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

#### ΣΕΤ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Μ.ΧΡΗΣΗΣ

1. Η σήμανση CE πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή και ανεξίτηλο εξωτερικά στη συσκευασία που εξασφαλίζει την αποστείρωσή του. Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο τού προϊόντος (Product Data Sheet) τού κατασκευαστή, στο οποίο να αναγράφεται ο προσφερόμενος κωδικός Ref, ώστε να αποδεικνύονται όλα τα ζητούμενα.
2. Ο ιματισμός να είναι από υλικό υπεραπορροφητικό, για γρήγορη απορρόφηση υγρών του χειρουργικού πεδίου, ανθεκτικός στο σχίσιμο, χωρίς ινίδια, με συμπεριφορά υφάσματος, να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό και αντανάκλασεις, με μεγάλη ανοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. Να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια (χνούδι) κατά τη χρήση, να μην γίνεται εύθρυπτος μετά από διαβροχή και όπου υπάρχει αυτοκόλλητη ταινία, αυτή να εφαρμόζει με ακρίβεια και αξιοπιστία στο δέρμα και να μην ξεκολλάει αν διαβραχεί.
3. Η διάρκεια αποστείρωσης να είναι τουλάχιστον 36 μήνες.
4. Η συσκευασία να είναι εξολοκλήρου διάφανη, από ανθεκτικό πλαστικό και να ανοίγει από τμήμα επικερωμένου ιατρικού χαρτιού που δεν σκίζεται και δεν απελευθερώνει ίνες. Στην εξωτερική πλευρά τής συσκευασίας τού προϊόντος να φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα τού κατασκευαστικού οίκου με τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση του π.χ πληροφορίες

επισήμανσης (ένδειξη «αποστειρωμένο», Latex Free, Ref Number, μέθοδος αποστείρωσης, ειδικές συνθήκες αποθήκευσης, Να φέρει, εξωτερικά, δύο αυτοκόλλητα ιχνηλασιμότητας με ημ/νια αρχής και λήξης αποστείρωσης, τον κωδικό REF κατασκευαστή.

5. Το σετ να είναι ενιαίο, όλα μαζί να είναι τυλιγμένα με κάλυμμα χειρουργικού τραπέζιου 150 x 200 cm αδιάβροχο, απορροφητικό, και να περιλαμβάνει τα εξής:

- 2 τμχ χειρουργικές μπλούζες με ενίσχυση στα μανίκια έως τον αγκώνα και στον θώρακα σε 100cm μήκος και 50cm πλάτος, μέγεθος XL, με θερμοκόλληση χωρίς ραφές και συνολικού μήκους τουλάχιστον 135cm από τον αυχένα. Να είναι ατομικά συσκευασμένη, η κάθε μία, σε περιτύλιγμα διάστασης 60cmx60cm μαζί με μία χειροπετσέτα 30 x 40 cm η κάθε μπλούζα).

- 1 τμχ ενιαίο manifold kit, σε ατομική κλειστή πλαστική συσκευασία, που να περιλαμβάνει ένα manifold 3way 500psi, χωρίς σιλικόνη, μία σύριγγα αγγειογραφίας soccorex 12ml, ένα διαφανές σετ έγχυσης ορού με θάλαμο σταγόνας, βαλβίδα και φίλτρο, μήκους 175cm, ένα διαφανές σετ έγχυσης ορού με διατηρητικό άκρο με βαλβίδα μήκους, 180cm και μία προέκταση γραμμή 500psi μήκους 120cm.

- 1 τμχ χειρουργικό βασικό πεδίο αγγειογραφίας συνολικού μεγέθους 100cm πλάτους X 340cm μήκους. Να φέρει επιπλέον τρίτο στρώμα απορροφητικής ενίσχυσης για επεμβατικές πράξεις υψηλών απαιτήσεων και μεγάλης διάρκειας με παραγωγή μεγάλης ποσότητας υγρών και αίματος, από μη υφασμένο ανθεκτικό υλικό, όχι υδρόφοβο, αλλά υπεραπορροφητικό, για άριστη απορρόφηση, στην περιοχή των κερκιδικών και μηριαίων αρτηριών και γύρω από αυτές, μήκους 110cm και πλάτους 150cm. Το τρίτο αυτό στρώμα να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε οι κερκιδικές οπές του να είναι σε απόσταση 65cm από την κορυφή του βασικού χειρουργικού πεδίου και οι μηριαίες οπές του σε απόσταση 78cm, ομοίως από την κορυφή του βασικού χειρουργικού πεδίου. Οι κερκιδικές οπές να είναι πλαϊνές και σε απόσταση 30cm - η κάθε μία- από την άκρη της πλαϊνής επιφάνειας του πεδίου, για απορρόφηση του αίματος και αποφυγή ροής τους στο δάπεδο. Οι δύο αυτοκόλλητες οπές κερκιδικών αρτηριών να είναι οβάλ και διάστασης 8cmx12cm, ενώ επίσης σε απόσταση 22,50cm από κάτω των κερκιδικών οπών, και κεντρικά, να φέρει δύο αυτοκόλλητες κυκλικές οπές μηριαίων αρτηριών διάστασης 15cm και σε απόσταση 7.5cm μεταξύ τους. Το κάλυμμα να φέρει δύο πλαϊνά διαφανή καλύμματα, εκατέρωθεν, πλάτους 55-60cm το καθένα και καθ' όλο το μήκος 340cm του σεντονιού.

- 1 τμχ διαφανές κάλυμμα φλουροσκοπίου 120 x 120 cm, με λάστιχο

- 1 τμχ διαφανές κάλυμμα φλουροσκοπίου, στρογγυλό 90 cm, με λάστιχο

- 1 τμχ μαχαιρίδιο No 11 με λαβή ασφαλείας

- 1 τμχ πλαστική λαβίδα 19cm

- 1 τμχ βελόνα 18Gx38mm

- 1 τμχ βελόνα 21gx38mm

- 2 τμχ σύριγγες LuerLock 10ml, με βελόνα 21g

- 2 τμχ σύριγγες Luerslip 10ml, με βελόνα 21g

- 2 τμχ σύριγγες LuerLock 20ml, με βελόνα 21g
  - 1 τμχ σύριγγα LuerSlip 20ml, με βελόνα 21g
  - 40 τμχ συνολικά, γάζες 100% βαμβάκι διαστάσεων 10 x 10 cm
  - 2 τμχ μπωλ 250 ml από ανθεκτικό πλαστικό
  - 1 τμχ μπωλ 500 ml από ανθεκτικό πλαστικό
  - 1 τμχ στρογγυλό μπολ 2500ml, από ανθεκτικό πλαστικό με εγκοπές για σύρματα
8. Να κατατεθούν και δύο δείγματα προς αξιολόγηση.( Στο γραφείο προμηθειών για καταγραφή )